

学発番号: 学18-054号
事業名: 北部・生化学研修会
日時: 平成31年2月8日(金) 19:00～20:30
場所: 市民交流プラザふくちやま3F視聴覚室
主題1: 生化学機器で免疫項目を測定する際の注意点
講師1: 金田 幸枝 氏(積水メディカル株式会社西日本営業所学術・技術担当)
参加数: 総数:14名(京臨技会員:14名)
報告者: 余田 武志(市立福知山市民病院BML検査室)

以下、講演内容など

生化学機器で免疫項目を測定する際の注意点という演題で講演していただきました。まず、免疫項目とは何かというところから始まり、主にラテックス試薬の項目についての内容でした。ラテックスの成分や粒子サイズについて、生化学機器(汎用自動分析装置)と免疫項目専用機の違いや注意点、高値検体や非特異反応など、予期せぬ異常値出現時の対処法などについて説明していただきました。